

rejste hr. Thiesen til Scoresby-Sund.

Efter at arbejdet for de grønlandske stationer var tilendebragt, blev registreringernes bearbejdelse genoptaget. Det havde da næsten helt hvilet siden begyndelsen af marts.

Den 3' september kom søminemester Sørensen hjem fra Scoresby-Sund.

I løbet af efteraaret er Scoresby-Sunds registreringer blevet aflæst. Desuden er Københavns nye registreringer blevet aflæst efterhaanden, som de er kommet ind. Der er ogsaa blevet aflæst nogle ældre registreringer for København.

Umiddelbart før Jul udkom den første seismiske bulletin for Scoresby-Sund omfattende aflæsningerne af alle det første aars registreringer (jan.-aug.)

Paa Vestfronten er der blevet ophængt et Riefler ur i kap. XIV. Med dette ur skal de øvrige ure synkroniseres, da de ikke er tilstrækkelig gode til at give den nøjagtighed i tidsbestemmelsen, som fordres. Der er anskaffet tavler og elektromagneter til brug ved synkronisationen.

Ranchs ur vilde efter endnu en reparation stadig ikke gaa og blev taget ind i Proviantgaarden. Da længdebestemmelserne var til ende, blev Max Richter 108 ophængt i kap. XIV. Det skulde have været til Ivigtut; men da det viste sig at være meget bedre end Strasser og Rohde, beholdt vi det og hængte det op som hovedur i kap. XIII og sendte i midten af november Strasser og Rohde til Ivigtut.

Der er blevet arbejdet en del med det amerikanske apparat. Seismografen er blevet indstillet til at registrere og har en kort tid, mens Max Richter 108 var ophængt i kap. XIV, registreret paa Masings registrerapparat.

Det amerikanske registrerapparat har været i drift; men der fordres endnu en del eksperimentering med det, inden det vil være muligt at holde det i stadig funktion. Ingeniør Rybner har sat sig ind i apparatets konstruktion og vil senere arbejde videre med det. Da det viste sig, at det maatte have en 3 V's akkumulator i stedet for den forlangte 6 V's, er der blevet anskaffet yderligere et element.