

Geodætisk Institut
Seismisk Afdeling
Årsberetning

1 Maj 1932 - 31 Marts 1933

Geodætisk Institut
Seismisk Afdeling



1. Stationen København har
fungert godt.

End udtjek af Galitrim -
vinkelseismografen har alle appa-
rater ^{Kap 24} i udfordret ~~funktion~~ ^{skilte}

Galitrim - vinkelseismografen
blev afmonteret i slutningen af
for som maner for at blive
sendt til Se-S til udførelse med
den den gamle vinkelseismograf,
som det. Men var lykkedes at få
til at fungere tilfredsstillende. Men
blev ~~for~~ i September blev Se-S's
vinkelseismograf opstillet på
Hofencintens men blev den sat
i drift, dels fordi dette. Men straks
blev der en god grund af den
dårlige afvikling i oplysning
spedene, dels fordi det havde været
peget ud at lade dr. Brochamps,
der på det tidspunkt arbejdede i
Institutet foreslå at fortsætte for-
bedringen i disse instrumenter.

For det blev maner arbejdede
dr. Br. med ~~vinkelseismografen~~
og satte den i drift med en pendul
på 6 sec. seendes som den oppe-
havde haft i Se-S. I februar
blev perioden forlængt til $10\frac{1}{2}$ sec.
men med denne periode var pendulet
blev helt afsløret. senere blev perioden
forlængt til $c 9\frac{1}{4}$ sec. hvorefter
apparatet har fungeret godt.