Paa stationen Kóbenhavn har Galitzin N ~~Z~~ vært i stadig drift. Galitzin E var udlaant ~~af~~ til ingeniør R og dr. Andersen fra slutningen af marts maaned til midten af juli. Efter den tid har den ~~vært i stadig drift~~ fungeret uden afbrydelser. Telegrafist Hansen, som skulde uddannes til at passe stationen i Scoresby-Sund har en kortere tid arbejdet med Galitzin Z, som iøvrigt har vært i stadig drift. ~~Det har vist~~ Der er blevet fortaget forgæves forsøg paa at bringe svingningstiden op paa $11^{s}\frac{1}{2}$, ~~galvan~~ som er galvanometerets svingningstid.

Der er blevet fortaget nogle eksperimenter for at søge gestaaet, om den svingningstid, der under konstantbestemmelser maales med stopur er korrekt.

Lampen ændret – stærkere lyg – daarligere papir.

Wiechert Z har fungeret ufortjeret. Wiechert H har flere gange maattet anjusteres. det har vært meget vanskeligt at befri den ene af komponenterne for ~~indre gnidning~~ en dæmpning ~~af de "udæmpede" svingninger~~, ~~som ikke hidrøre fra~~ hvis aarsag ikke har kunnet paavises.

Milne-Shaw E har vært i stadig drift. Milne-Shaw N's registrerapparat maatte ~~reparere, da~~ forsynes med to nye tandhjul, da tænderne var stærkt slidte. Samtidig forandredes overføringen til den sidelæns bevægelse. ~~af to~~

Wood-Andersen seismografen har ikke vært i drift. Der har kun en kortere tid vært i drift.

Til Benioff vertikalen er der blevet bygget et skab af insulite og der er blevet anbragt en termostat. Det har derefter vist sig, at apparatets svingningstid og dimmed dets dæmpningsfaktor forandrer sig ret betydeligt med temperaturen. Ligevægtstillingen dermod paavirkes ikke stærkt.